

分析证明书

产品名称: Mogengel® Organoid Dissociation Solution 类器官消化液

产品规格: 100 mL

产品货号: MB-0818L01L

产品批号: ODS20241730

保存条件: 4°C保存。

质量管理:

检测项目	检测标准	结果	检测员
无菌检查	检测试剂中是否含真菌、细菌, 结果为阴性。	通过	杨春喜
pH	pH 计测量, 结果介于 7.0~7.7 之间	7.50	洪小玲
渗透压	摩尔渗透压浓度测定仪测量, 结果介于 270 - 350mOsm/kg 之间。	287	洪小玲
支原体检测	PCR 扩增试剂中支原体序列, 结果为阴性	通过	杨春喜
内毒素	结果用凝胶法测定, 内毒素单位(EU/mL)	<1.5	洪小玲
性能测试	可温和、快速的消化解离类器官为细胞悬液或细胞团块并保持细胞活性, 达到类器官扩增目的。	通过	曾凡伟

结论: 本产品按照厦门模基生物科技有限公司检验标准管理规程检测, 检验结果符合标准要求。

安全建议: 按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理

产品有效期: 2025.04


质量保证: 曾凡伟

日期: 2024.05.11


仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

附录-实验结果:



图片 1 类器官消化 5 分钟镜检图片



图片 2 小鼠气道上皮类器官培养, Day5

联系方式: 400-091-6556

网址: www.mogengel.com

地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路 3701 号 5 号楼

